

Phòng VTTBYT

1. Kiểm tra máy thổi bụi trước bảo dưỡng:

- Ghi vào sổ bảo dưỡng hàng ngày xử lý những hỏng hóc hay các dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng.
- Kiểm tra các thông số vận hành của động cơ kỹ thuật.
- Bật máy cho hoạt động và đánh giá chất lượng.

2. Công tác vệ sinh máy:

- Vệ sinh toàn máy.
- Kiểm tra phin lọc thổi ra và thay nó cho mới bệnh nhân.

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 30 Tháng 6 2014 17:20 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 01 Tháng 7 2014 08:24



3. Công tác kiểm tra chất lượng máy thở và bảo trì định kỳ là công việc không thể thiếu trong công tác chăm sóc bệnh nhân thở máy. Việc kiểm tra chất lượng máy thở và bảo trì định kỳ giúp đảm bảo máy thở hoạt động đúng chức năng, tránh xảy ra các sự cố, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Việc kiểm tra chất lượng máy thở và bảo trì định kỳ cũng giúp phát hiện sớm các hư hỏng, thay thế linh kiện hỏng hóc, đảm bảo máy thở hoạt động ổn định, kéo dài tuổi thọ của máy.